M429XC ヒンジドニーブレイス XC

プロテクションレベル3+ ハードサポート

ヒザの横ブレと不安定感をがっちりガード

サイズ測定位置:ヒザ周り

S	32～36cm
M	36～40cm
L	40～45cm
XL	45～50cm

ヒザを20度程度曲げた姿勢で、お皿の中心を通る周径を測定してください。

MCDAVID®

より詳しい情報はこちら mcdavid.co.jp

使用上の注意

安全、快適にご使用いただく為に必ずお読みください。

マクダビッドサポーターは、痛みを取ったり、治療効果をもたらすものではありません。また、傷害を完全に予防することはできません。
傷害の予防には、筋力や柔軟性を十分に高めておくことが大切です。

次のような場合は使用しないでください。

●傷･湿疹などお肌に異常がある方、皮膚炎･ゴムに対するアレルギーのある方は使用しないでください。
●使用中に痛みを感じたら即座に使用を中止してください。●使用中、使用後に皮膚に異常があらわれたときは使用を中止し、医師へご相談ください。
※長時間連続で使用する場合（4時間超など）、皮膚に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

装着方法

以下の装着手順は右脚の場合です。左脚に装着する場合も同じように装着してください。

穴があいている面を前面に向け、両端上部を持ちヒザまで引き上げる。

円形パッドがお皿周りにフィットしているか確認する。

ストラップ（A）をすねの前へ引っ張り、サポーター本体にとめる。



ストラップ（B）をすねの前へ引っ張り、ストラップ（A）の上にとめる。

ストラップ（C）をふとももの前へ引っ張り、サポーター本体にとめる。

ストラップ（D）も同様にふとももの前へ引っ張りストラップ（C）の上にとめる。

テンションベルト（E）をすねの前へ引っ張り、プラスチックリングに通す。

圧迫力とフィット感の好みに合わせ、引っ張る力を調節しながら折り返し、重ねてとめる。

テンションベルト（F）も同様に、調節しながら折り返し、重ねてとめる。
〈装着完了〉

ストラップ、テンションベルトの引っ張り過ぎは耐久性を損いますのでご注意ください

お手入れ方法	汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。 ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。
取扱い方法	
素　材	合成ゴム、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム合金 ※頻繁なヒンジの取り外しは製品を傷める場合もあるためお避けください。

●やむをえない事情により、製品仕様の一部を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※別売でサポーター全体を覆うニット製カバーあり（品番：PHC）

ユナイテッドスポーツブランズジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田2-19-3 五反田第一生命ビル9F
TEL 03-5436-6606　MAIL comm@unitedspb.jp
mcdavid.co.jp

MD22F